Sensores con cable RD SET®

Sensor con cable prolongador que incluye oximetría de pulso Masimo SET®
Measure-through Motion and Low Perfusion™

Diseñado para la comodidad del paciente

El cable del sensor, plano, liviano y con bordes suaves, se coloca cómodamente sobre la mano o el pie del paciente.

Optimice el cuidado y la comodidad con el cable del sensor flexible y extendido

Quirófano

El cable del sensor, largo y flexible, mantiene el cable reutilizable lejos del paciente y fuera del campo estéril.

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

Mantenga la conexión del cable reutilizable fuera de la incubadora mientras permanece dentro el sensor flexible

Monitorización ambulatoria

Longitud ideal para una cómoda monitorización con el monitor de paciente portátil RADIUS-7®

Masimo

Sensor con cable RD SET

Conector RD ligero

> La estandarización con RD permite agilizar las transiciones en la atención del paciente

Cable plano

> El cable plano, ligero y con bordes suaves se coloca cómodamente sobre la mano del paciente

Componentes de bajo perfil

> Componentes ópticos de bajo perfil diseñados para ejercer menos presión sobre el sitio de medición y brindar una mejor adaptación a la forma del dedo



Varias opciones de longitud

> Disponible en longitudes de 2 pies y 3 pies para usar en múltiples áreas de atención

Varios formatos disponibles

> Formatos enrollables y plegables disponibles para diferentes poblaciones de pacientes

Especificaciones de la serie de sensores con cable RD SET

PRECISIÓN (A_{RMS})[1]

RD SET Adt CS/ RD SET Pdt CS/RD SET Inf CS/ RD SET Neo CS (Adultos)

Rango de precisión de SpO_2	70-100%
Sin movimiento	2%
Movimiento	3%
Perfusión baja	2%
Precisión de FC	
Sin movimiento	3 bpm
Movimiento	5 ppm
Perfusión baja	3 ppm

RD SET Neo CS (Neonatal)/RD SET NeoPt CS

Rango de precisión de SpO_2	70-100%
Sin movimiento	3%
Movimiento	3%
Perfusión baja	3%
Precisión de FC	
Sin movimiento	3 ppm
Movimiento	5 ppm
Perfusión baja	3 ppm

RANGO DE PESO

RD SET Adt CS	> 30 kg, aplicación en un dedo de la mano o del pie
RD SET Pdt CS	10-50 kg, aplicación en un dedo de la mano o del pie
RD SET Inf CS	3-10 kg, aplicación en el pulgar o el dedo gordo del pie
RD SET Inf CS	10-20 kg, aplicación en un dedo de la mano o del pie
RD SET Neo CS (Neonatal)	< 3 kg, aplicación en la mano o el pie
RD SET Neo CS (Adulto)	> 40 kg, aplicación en un dedo de la mano o del pie
RD SET NeoPdt CS	< 1 kg, aplicación en la mano o el pie

COMPATIBILIDAD

Oxímetros compatibles	Sistemas que incluyen Masimo SET® o que cuentan con licencia para usar sensores de la serie RD SET

PARÁMETROS COMPATIBLES

Saturación de oxígeno (SpO_2)
Frecuencia cardíaca (PR)
Índice de perfusión (Pi)
Índice de variabilidad pletismográfica (PVi®)
Frecuencia respiratoria derivada de la pletismografía (RRp®)

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Uso en un solo paciente / No estéril / Se envasan 20 por caja / No contiene látex de caucho natural

RD SET CS-2 (longitud: 2 pies)

RD SET Adt CS-2	PN 4470
RD SET Pdt CS-2	PN 4471
RD SET Inf CS-2	NP 4472
RD SET Neo CS-2	NP 4473
RD SET NeoPt CS-2	PN 4474

RD SET CS-3 (longitud: 3 pies)

RD SET Adt CS-3	PN 4475
RD SET Pdt CS-3	PN 4476
RD SET Inf CS-3	NP 4477
RD SET Neo CS-3	PN 4478
RD SET NeoPdt CS-3	PN 4479

[1] La precisión A_{RMS} es un cálculo estadístico de la diferencia que existe entre las mediciones realizadas con el dispositivo y las mediciones de referencia. Aproximadamente dos tercios de las mediciones realizadas con el dispositivo cayeron dentro de ± A_{RMS} del valor de las mediciones de referencia de un estudio controlado.

Para uso por parte de profesionales. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Masimo U.S.
Tel.: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel.: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

© 2020 Masimo. Todos los derechos reservados.

EN-PLM-11423B
66986/PLM-11892B-0720